



## **CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO, DE LA EMPRESA WUJIANG YONGCHENG WOODEN PRODUCTS FACTORY, CHINA**

La AEMPS informa de la detección de un certificado de marcado CE falsificado para los productos “Depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores con punta de algodón”, de la empresa Wujiang Yongcheng Wooden Products, China.

Oviedo, 25 de febrero de 2020



MINISTERIO  
DE SANIDAD



agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios

Nota informativa

## **Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS**

### **Certificado de mercado CE falsificado, de la empresa Wujiang Yongcheng Wooden Products Factory, China.**

Fecha de publicación: 13 de febrero de 2020

---

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, CERTIFICADO DE MERCADO CE FALSIFICADO  
Referencia: PS, 3/2020

***La AEMPS informa de la detección de un certificado de mercado CE falsificado para los productos “Depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores con punta de algodón”, de la empresa Wujiang Yongcheng Wooden Products, China.***

Se ha recibido en el Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicación de las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la detección de un certificado de mercado CE falsificado.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado falsificado emitido el 22 de diciembre de 2017 por el Organismo Notificado alemán TÜV SÜD, cuyo número de identificación es el 0123, para el fabricante Wujiang Yongcheng Wooden Products Factory, China, y para los productos “Depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores con punta de algodón”, con número de certificado G2S 09 11 71160 001 y fecha de caducidad 21 de diciembre de 2022.

Las autoridades sanitarias de Alemania han informado de que en este certificado falsificado se ha ampliado ilegalmente la fecha de validez del mismo.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.

CORREO ELECTRÓNICO

[sgps@aemps.es](mailto:sgps@aemps.es)

Página 1 de 1

[www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID  
FAX: 91 822 52 89