



## **DETECCIÓN DE UN CERTIFICADO DE MERCADO CE FALSO DE LA EMPRESA PROLINX GMBH**

La AEMPS informa que las autoridades sanitarias alemanas han detectado un certificado de mercado CE falso de la empresa Prolinx GmbH.

Los productos sanitarios afectados son tensiómetros, termómetros, succionador, nebulizadores, doppler digital a color y audífonos del fabricante Prolinx GmbH.

En las siguientes páginas se adjunta Nota Informativa de la AEMPS, cuadro de Alerta de control de mercado, seguido de imagen del certificado detectado.

En caso de detectarse alguno de los productos identificados, en las mismas o por cualquier otra alerta de control de mercado emitida por la AEMPS, se debe informar al Centro Autonómico de Farmacovigilancia, detallando medidas adoptadas, así como si han observado alguna anomalía en los productos afectados. Contacto:

[farmacovigilancia@asturias.org](mailto:farmacovigilancia@asturias.org)

Oviedo, 9 de junio de 2023